

〈風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準〉

検査方法	測定キット名 (製造販売元)	定期接種の対象 となる抗体価等 (単位等)
HI法 (赤血球凝集抑制法)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)	8倍以下 (希釈倍率)
	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)	8倍以下 (希釈倍率)
EIA法 (酵素免疫法)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)	6.0未満 (EIA価)
	エンザイグノストB風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	15未満 (国際単位(IU/ml))
ELFA法 (蛍光酵素免疫法)	バイダスアッセイキットRUB IgG (シメックス・ビオメュー株式会社)	25未満 (国際単位(IU/ml))
LTI法 (ラテックス免疫比濁法)	ランピアラテックスRUBELLA ランピアラテックスRUBELLA II (極東製薬工業株式会社)	15未満 (国際単位(IU/ml))
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法)	アクセスルベラIgG (ヘクマン・コルター株式会社)	20未満 (国際単位(IU/ml))
	i-アッセイCL風疹IgG (株式会社保健科学西日本)	11未満 (抗体価)
FIA法 (蛍光免疫測定法)	Bio Plex MMRV IgG (ハイト・ラッド・ラボラトリーズ株式会社)	1.5未満 (抗体価AI)
	Bio Plex ToRC IgG (ハイト・ラッド・ラボラトリーズ株式会社)	15未満 (国際単位(IU/ml))
CLIA法 (化学発光免疫測定法)	Rubella-Gアボット (アボットジヤパン株式会社)	15未満 (国際単位(IU/ml))
ICA法 (イムノクロマト法)	バイオラインルベラIgG/IgM (アボットジヤパン株式会社)	IgG 陰性